XZB-5

比较显微镜（XZB-5）

产品类别：工具显微镜

所属系列：XZB

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-5 ） 一、 XZB-5 比较显微镜介绍 XZB-5 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个以上物...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-5 ） 一、 XZB-5 比较显微镜介绍 XZB-5 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个以上物...

二、产品介绍

产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
瞳距调节范围	55－75mm
手轮调焦范围	60mm
升降调节范围	ll 0mm
视度调节范围	+5 屈光度 (diopter)
照明	输入电压 110V 或 220V，输出斜射光照明 l2V10W 带杯卤素灯、透射光照明 12V10W 卤素灯。带照相接口

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 22096 工具显微镜
- JJF 1097 平尺校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·小轴检测：钟表首饰验收方案（240）；巡检抽检·小轴检测：军工与科研验收方案（241）；巡检抽检·医疗器械零件检测：光学元件验收方案（242）

行业应用：光学元件精密心轴测量应用指南：刻线间距偏差与螺距偏差控制（074）；光学元件电机轴测量应用指南：坐标示值误差与孔径偏差控制（075）；光学元件传动轴测量应用指南：角度偏差与刻线间距偏差控制（076）

测量原理：工具显微镜批量测量流程：验证与复检（170）；工具显微镜刃口崩缺检查：物理机制（171）；工具显微镜刃口崩缺检查：光路与传感（172）

科研与技术文件：公司简介；三坐标测量机系列；联系方式

同系列产品：XZB-4C、XZB-8F、XZB-14、XZB-5B、XZB-5C、XZB-5D、XZB-6、XZB-6A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。