YR05-2

影像测量仪

产品类别：影像测量仪

所属系列：YR05

YR05-2 精密光学计量仪器



图 1 产品外观

一、产品简介

YR05-2 精密光学计量仪器

四、技术参数

参数项目	技术指标
规格	φ12×122mm
数值孔径	0.085
放大倍率	50倍（带刻度）
物方线视场	φ3.24mm

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 24762 影像测量仪验收检测与复检
- JJF 1318 影像测量仪校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·键帽检测：3C电子验收方案（228）；巡检抽检·弹簧检测：新能源汽车三电验收方案（229）；巡检抽检·密封圈检测：液压气动验收方案（230）

行业应用：印刷包装挤出螺杆测量应用指南：角度偏差与重复性控制（223）；印刷包装注塑机料筒测量应用指南：R 角偏差与位置度控制（224）；印刷包装精密管件测量应用指南：长度示值误差与角度偏差控制（225）

测量原理：影像测量仪轮廓度比对：信号与算法（113）；影像测量仪轮廓度比对：标定与溯源（114）；影像测量仪轮廓度比对：误差来源（115）

科研与技术文件：售后服务与技术支持（资料站 B）；公司理念（资料站 B）；公司简介（资料站 C）

同系列产品：YR05、YR05-1、YR05GMS、YR05TL02

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:24 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。